

# 仕 様 書

調達物品の名称 及び数量	マトリックス蒸着装置一式
納期	2023 年 12 月 28 日
納入場所	〒732-0815 広島県広島市南区比治山公園 5 番 2 号 公益財団法人放射線影響研究所 TEL:082-261-3131 FAX:082-261-3135
項 目	要 求 仕 様
1. 本体	1.1 対応マトリックスは 9-AA,DHB,CHCA の3種類であること。 1.2 制御モードが複数で選択可能であること。 1.3 マトリックス肥厚を均一に蒸着できること。 1.4 蒸着設定温度が 30～250℃であること。 1.5 操作は簡易なタッチパネルであること。 1.6 蒸着による結晶化の方法をとること。
2. 付属品	2.1 電源装置 1 台 所要電源は AC 単相 100V,50/60Hz,15A 以下であること。 2.2 ロータリーポンプ 1台 2.3 接続ケーブル 1式
3. 保守体制	3.1 納品検査確認後 1 年間は、通常の使用により故障した場合の 無償修理に応じること。 3.2 納入機器に障害が発生した場合、復旧のための迅速な対応が 行えること。 3.3 納入機器を円滑に運用するため、点検、調整、修理および技術的な サポートを行える体制を国内に有すること。
4. その他	4.1 納入機器は、最新式、新造、未使用のものであること。 4.2 調整、動作性能確認、取扱説明を行った上で引き渡し及び検収 とすること。 4.3 装置の運搬、操作講習にかかる諸費用は全て受注者の負担とし、 装置の運搬、設置及び据付調整は指定の場所に納入期限までに行 うこと。 4.4 放射線影響研究所で設備利用者を対象とした機器説明及び 操作講習を無償で実施すること。 4.5 本機器の納品にあたり知り得た情報等の使用及び第三者への 提供並びに情報等の複写及び複製については厳に禁止する。