

仕 様 書

調達物品の名称 及び数量	CLALIS 臨床検査システムクライアント端末一式
納期	2025 年 3 月 31 日
納入場所	〒850-0013 長崎県長崎市中川 1 丁目 8 番 6 号 公益財団法人放射線影響研究所 TEL:095-823-1121 FAX:095-825-7202
項 目	要 求 仕 様
1. 機器構成	<p>1-1 CLALIS 臨床検査システムクライアント端末一式は、下記の機器等により構成されること。</p> <p>① データベースアクセスライセンス 一式 ② MINI クライアント端末 一式 ③ ワイド液晶ディスプレイ 1台 ④ OS 64bit 対応プログラム 一式</p> <p>1-2 本クライアント端末一式は、新品かつ未使用であること。 1-3 納入時期により型番変更があるため、現行と同様の機能のものであること。</p>
2. 基本仕様要件	<p>2-1 CLALIS 臨床検査システムクライアント端末一式は、現行の日本電子株式会社製「JCS-50L CLALIS」に対応すること。</p> <p>2-2 検査結果の品質と能力を明確にするため、国際規格 ISO15189 の普及をサポートすること。</p> <p>2-3 メインサーバーおよびバックアップサーバーに必要なデータベースアクセスライセンスがあること。</p> <p>2-4 MINI モデル専用クライアント端末は、小型 PC 本体(Windows® 10Pro/Intel Core i5-10500/MEM:16GB/HDD:1TB RAID1)であること。また UPS 付きであること。</p> <p>2-5 ワイド液晶ディスプレイは、21.5inch ワイド液晶ディスプレイであること (21.5 型 Full HD LCD)。また、スピーカー付きであること。</p> <p>2-6 OS 64bit 対応プログラムは、34bit で稼働しているシステム全体を 64bit 化するプログラム修正が可能であること。</p>
3. 周辺部品	<p>3-1 無停電電源装置(UPS)は、停電時には 5 分間以上動作することが可能であること。</p> <p>3-2 ラベルプリンターと連動し、オーダーラベルが発行可能なこと。</p> <p>3-3 プリンターと連動し報告書の印刷が可能なこと。</p> <p>3-4 USB により、データ移行(取込)、転送が可能なこと。</p>

4. その他	<p>4-1 守秘義務において、受注者は、業務上知り得た全ての情報を、契約終了後においても第三者に開示または漏洩してはならないものとする。</p> <p>4-2 個人情報の保護において、受注者は、個人情報に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関連法規を遵守し、個人情報を適正に扱うこと。</p> <p>4-3 法令を遵守し、本法人にとって最適なシステムとなるよう業務を遂行すること。</p> <p>4-4 検収日から1年間の保守費用を無償とすること。</p> <p>4-5 本仕様書に定めのない事項についても、本契約に関連する費用は原則受注者が負担すること。</p> <p>4-6 本仕様書に特に定めていない事項については、協議の上決定するものとする。</p> <p>4-7 必要な電源設備、ネットワーク設備は、本研究所職員と十分に協議し対応すること。</p> <p>4-8 検品検査確認後 1 年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。</p> <p>4-9 年間を通して電話連絡によるサポート体制が取れること。また、障害が発生した場合には技術者の派遣が可能なこと。</p> <p>4-10 データ通信テストを行うこと。</p> <p>4-11 設置場所は 3F 臨床研究部臨床検査科とする。</p> <p>4-12 既存クライアント端末の撤去・廃棄を行うこと。</p>
--------	---