

仕様書の変更について

下記の案件について、仕様書を次のとおり変更します。

2026 年 8 月 25 日

公益財団法人放射線影響研究所
事務局長 金岡 里充
(公印省略)

記

1. 公示日： 2026 年 8 月 17 日（月）
2. 調達名： バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット一式（3 台）

3. 変更内容

5.1

【変更前】

5.1 JIS 規格（JIS K3800）適合機種であること。

【変更後】

5.1 JIS 規格（JIS K3800）適合機種または JIS 自己適合宣言品であること。

別紙 1

2. 作業室有効寸法（2F 臨床研究部 臨床検査室）

【変更前】

2. 作業室有効寸法

奥行 630

高さ 600

【変更後】

2. 作業室有効寸法

奥行 600

高さ 640

以上