「バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット一式（3台）」質問回答資料

最終更新日2026年8月25日

番号	受付日	質問	回答
1	8月25日	臨床研究部様向けのキャビネットについて、仕様に該当するBHC-1010ⅡA2（日本エアーテック製）を選定したのですが、作業室内有効が異なります。 仕様書：間口1000　奥行630　高さ600 メーカー図面：間口1000 奥行600　高さ640 ※バイオサンプルセンター様向けのキャビネットの方は問題ありません。 BHC-1310ⅡA2（日本エアーテック製）を選定 図面添付いたしましたので、ご確認をお願い致します。	仕様書の該当箇所を間口1000 奥行600　高さ640に変更いたします。
2	8月25日	その他の欄の「5.1 JIS規格適合機種であること」についてご質問をさせてください。 ご提案を検討している日本エアーテック社製の安全キャビネットは、JIS規格に基づいて製作をしております。 しかし、JACA日本空気清浄協会（公的な機関）にて型式認定を受けているのはBHC-1310ⅡA2のみとなります。 臨床検査部のBHC-1010ⅡA2（W1200タイプ）は型式認定受けておりません。 JISに基づいて製作はしているので適合品ではありますが、正式に認定を受けているかと言われると、日本エアーテック社の製品では「BHC-1310ⅡA2」のみとなります。 例えば「JIS自己適合宣言品であること」という文面に変更などは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。	仕様書の文言を「JIS規格適合機種またはJIS自己適合宣言品であること」に変更いたします。