仕様書

1. 件名

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット一式（3 台）

2. 納入場所

広島県広島市南区霞一丁目 2-3 （広島大学霞キャンパス）

公益財団法人放射線影響研究所（以下「当研究所」という。） 新棟内

3. 納入期限

2027 年 4 月 30 日

※新棟の竣工が遅れる等の場合は、別途協議とする。

4. 数量及び仕様

別紙 1 のとおり

5. 納品等

(1) 納品日時及び設置作業は、事前に当研究所と協議し、調整すること。また、納品は、部局単位に分けるなど複数回で実施しても構わないものとする。

(2) 搬入にあたっては、既存設備等に損傷を与えぬようあらかじめ適切な養生を行うものとし、必要な素材に関しても受注者で用意すること。万一、損傷を与えた場合には、その復旧に要する費用については受注者の負担とする。

(3) 当研究所の指定するレイアウトのとおり設置することとする。

(4) 搬入後、梱包材等の廃棄物は受注者が引き取るものとし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関連法令等に従って適切に処理するものとする。

(5) 下記の場合においては、速やかに調達物品の返品、交換に応じることとし、返送に必要な費用については受注者が負担すること。

・仕様書の記載内容と異なる商品を納入した場合（当研究所の承認を得た場合を除く。）

・受注者の責任で傷や汚れが生じた商品

(6) 搬入作業に使用する車両、駐車情報、エレベーター、作業内容については事前に当研究所へ申請し許可を得ること。

6. その他

受注者は、本仕様書に疑義が生じた時、本仕様書により難い事由が生じた時、あるいは本仕様書に記載のない細部事項については、当研究所と速やかに協議し、その指示に従うこと。

以上

別紙 1

<table>
<tr><th>品名</th><th>数</th><th>寸法(mm)</th><th>重量(kg)</th><th>基本仕様</th><th>その他</th><th>納入場所</th></tr>
<tr><td rowspan="2">バイオハザード対策
用クラスⅡキャビネット</td><td>2 台</td><td>1.外形寸法
幅 1200
奥行 790
高さ 1950～2040

2.作業室有効内寸
間口 1000
奥行 600
高さ 640

3.前面シャッター開口高
200 又は 250</td><td>約 300</td><td rowspan="2">1.構造・材質
1.1 本体・架台: 鋼板製、焼付塗装
1.2 吹出パンチング板: ステンレス製、取外し可能
1.3 アームレスト: ステンレス製、取外し可能
1.4 前面シャッター: 強化ガラス
1.5 下部機構: キャスター×4 基、
アジャスター×4 基
2.エアーフロー・フィルター性能
2.1 集塵効率: 0.3μm 粒子にて 99.99%以上
2.2 集塵要素: 給気/排気:HEPA フィルター
3.電気仕様・照明
3.1 電源: AC100V 1φ 50/60Hz
3.2 照明灯: LED 照明灯
3.3 殺菌灯: 15W×2 灯
3.4 安全インターロック機能付き(前面シャッター全閉時のみ点灯)
4.制御盤・安全警報機能
4.1 操作パネル: 5 段階調光式タッチパネルファンスイッチ、照明スイッチ、殺菌灯スイッチ、シャッターロック、ブザーOFF スイッチを搭載
4.2 警報・安全システム: 以下の異常発生時にブザーおよび画面表示にて警告
・ファンの異常発生時
・前面流入風速および排気風量の異常時
・前面シャッター開口設定(200mm/250mm)と実際の使用高さが異なる場合</td><td rowspan="2">5.1 JIS 規格(JIS K3800)適合機種または JIS 自己適合宣言品であること。
5.2 納品して通常運転確認後 1 年間は、通常の使用により故障した場合は無償修理、および修理不能の場合は無償交換に応じること。
5.3 新品、未使用であること。
5.4 設置作業は納入予定日、作業予定期間を事前に本施設職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
5.5 指定の場所までの搬入経路を確認の上、搬入、据付を行うこと。
5.6 装置の搬入、据付、配線、調整、現地性能検査については、本施設の運用に支障をきたさないよう、本施設の職員と協議の上、その指示に従うこと。
5.7 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。
5.8 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
5.9 広島市内に保守体制の拠点を有していること。
5.10 入札金額に搬入、据付、配線、調整、現地性能検査作業を含むこと。</td><td>2F
臨床研究部
臨床検査室</td></tr>
<tr><td>1 台</td><td>1.外形寸法
幅 1500
奥行 790
高さ 2040

2.作業室有効内寸
間口 1300
奥行 600
高さ 640

3.前面シャッター開口高
200 又は 250</td><td>約 350 以下</td><td>3F
バイオサンプル研究センター
試料品質管理室</td></tr>
</table>